

STEROPLAST rappelle Lingette désinfectante sans alcool « Sterowipe » non stérile



- Noms des modèles ou références concernés : **8021 et 8021B**
- Marque : **STEROPLAST**
- Lot **Tous les lots**
- Conditionnements : **Boîte de 100, ou en vrac dans d'autres quantités (boîte en vrac de 2000, etc.).**
- Informations complémentaires : **Les lingettes désinfectantes sans alcool Sterowipe sont des lingettes désinfectantes emballées individuellement, avec une formulation composée d'eau, de 0,2 % de cétrimide et de 0,02 % de gluconate de chlorhexidine.**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Pharmacies, sites de vente en ligne...**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Risque infectieux identifié par l'Agence britannique de sécurité sanitaire lors des investigations concernant une épidémie de Burkholderia Stabilis survenue en Angleterre.**
- Risques encourus par le consommateur : **Risque microbiologique**
- Description complémentaire du risque : **Burkholderia Stabilis peut provoquer une infection lorsqu'elle se retrouve dans la circulation sanguine. Chez certaines personnes, elle peut entraîner des complications plus graves.**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Contacter le point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Autre (voir informations complémentaires).**

CONTACT

- Informations complémentaires publiques : **Prendre contact avec le point de vente**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre