


MAGNOLIA SAS MAGNOLIA rappelle 2019-nCov Antigen Test (Lateral Flow Method)



- Noms des modèles ou références concernés : **Antigen Test WONDFO**
- Marque : **WONDFO**
- **Lot Tous les lots**
- Conditionnements : **BOITE DE 20 TESTS**
- Date début/fin de commercialisation : **du 30/12/2021 au 14/01/2022**
- Zone géographique de vente : **44210**
- Distributeurs : **SUPER U PORNIC**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE**
- Risques encourus par le consommateur : **Dommages internes**
- Description complémentaire du risque : **Dommage interne avec risque de blessure du fait d'un mauvais usage et risque de résultats non fiables du fait de l'absence de consignes destinées à des non professionnels de santé.**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Contacter le point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **lundi 28 février 2022**

CONTACT

- Numéro de contact : **0251740010**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre