

MEDIC GOV rappelle MASQUES FFP2



- Noms des modèles ou références concernés : **REF SH9801**
- Marque : **VIRTUE HEALTH**
- Lot **LOT REFERENCE 2021-53317-1**
- Conditionnements : **Conditionnés par 2 Boîtes de 50 pièces Colis de 500 pièces**
- Date début/fin de commercialisation : **du 17/02/2021 au 24/11/2021**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **FILFA FRANCE YSIO SAS Pharmacie de Saint Germain HAPIE**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Produit non conforme et dangereux à l'usage. Filtration de particules insuffisante. Pénétration du matériau filtrant.**
- Risques encourus par le consommateur : **Dommages internes**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus consommer, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service consommateur.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**

CONTACT

- Numéro de contact : **0177381464**
- Informations complémentaires publiques : **Le rapport de test de laboratoire APAVE SUD-EUROPE en date du 21 janvier 2021 vient de nous être communiqué**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre