

UNITED GROUP rappelle FFP2 NR Virtue Health



- Noms des modèles ou références concernés : **Model: SH9801**
- Marque : **Virtue Health**
- **Lot Tous les lots**
- Conditionnements : **Boîte de 50 pcs, emballage par sachet de 2 pcs**
- Date début/fin de commercialisation : **du 17/02/2021 au 25/04/2022**
- Informations complémentaires : **Masque de protection individuel**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Medic Gov Grande Pharmacie Convention**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les analyses ont permis de conclure que ces masques étaient "non conforme et dangereux" car la valeur de pénétration aux particules liquides et solides du matériaux filtrant est supérieure à la valeur maximale de 6 % prévue pour les FFP2.**
- Risques encourus par le consommateur : **Intoxication**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Détruire le produit.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Echange, Autre (voir informations complémentaires).**
- Date de fin de la procédure de rappel : **mercredi 31 août 2022**

CONTACT

- Numéro de contact : **0627216072**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre