

ADRELUX rappelle Masques FFP2 x10



- Noms des modèles ou références concernés : **Masques FFP2 x10**
- Marque : **INTEXTRED**
- **GTIN 3800600001967** Lot Tous les lots
- Conditionnements : **10 MASQUES FFP2**
- Date début/fin de commercialisation : **du 12/02/2021 au 21/04/2021**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Cora, Match, AMC**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La filtration du masque n'est pas suffisante et présente donc un risque pour la santé de son utilisateur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Dommages internes**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **mercredi 11 août 2021**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre